

## 基本マスタの「実施状況」の参加しない項目について

### <質問>

精度管理調査に参加しない項目も入力した方がよろしいでしょうか。

例えば、当院では「ALP」や「直接ビリルビン」は測定をしていないので精度管理調査には参加しません。

この場合の「実施状況」は、

- 1、空欄のまま
- 2、普段外注に出しているので「外注」と入力

のどちらがよろしいでしょうか。

---

### <回答>

基本的に精度管理調査に参加されない項目についてはマスタの設定の必要はなく、試料到着時の「参加項目設定」でチェックされる際に、「ALP」と「D-Bil」をチェックされなければ問題ありません。（マニュアルⅣ 試料到着時の入力方法参照）

もし、外注先の条件がお分かりになるようでしたら内容を入力後、実施状況の「外注」を選んでいただいても結構です。

ただし、原則として精度管理調査は院内で実施されている検査項目の評価を主目的としていますので、外注先の測定結果を入力されることは避けてください。

## 外注検査項目のマスタ設定について

検索条件  
日常使用  
項目分類  
指定しない

施設基本情報入力  
マグネシウム >> マスター情報

※ドライケミストリーは卸項目です。

測定装置 [選択]  
試薬 [選択]  
方法 [選択]  
検量 [選択]  
試薬製造販売元 [選択]  
標準液 [選択]  
標準液基材 [選択]  
標準液上位標準 [選択]  
標準液表示値設定企業 [選択]  
標準液販売企業 [選択]  
トレーサビリティ [選択]  
基準範囲(共通) [ ] me/dL (桁数: 99.9) ~ [ ] me/dL (桁数: 99.9)  
基準範囲(男性) [ ] me/dL (桁数: 99.9) ~ [ ] me/dL (桁数: 99.9)  
基準範囲(女性) [ ] me/dL (桁数: 99.9) ~ [ ] me/dL (桁数: 99.9)  
検査実施状況 4: 外注 [選択]

保存して閉じる 其キャンセルして閉じる

Copyright (C) 日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

外注検査であれば検査実施状況だけ入力してください。

外注されているのであれば、検査実施状況の「外注」を選択してください。その他は入力の必要はありません。

精度管理調査に参加されない項目についてはマスタの設定の必要はなく、試料到着時の「参加項目設定」でチェックされる際に、「ALP」と「D-Bil」をチェックされなければ問題ありません。

(マニュアルⅣ 試料到着時の入力方法参照)