HbA1c 実施の手引（2023 年度）

I.　概要と試料の取り扱い

1.　試料一覧

　1）　試料 17：HbA1c 試料（全血）

2.　試料の取り扱いについて

　1）　試料の取り扱いは感染の危険性があるものとし、患者検体と同様に十分注意してください。

　2）　試料を受け取りましたら速やかに外観上の確認をお願いします。もし、試料に破損が認められ測定データの信頼性に疑義が生じる場合は、連絡してください。

　3）　通常測定されている検体と同様に測定してください。

　4）　到着後すぐに測定が出来ない場合は、測定まで冷蔵庫に保管してください。

　5）　測定結果に異常表示がないか確認してください。

　　①　東ソー：測定結果に Area High（サンプルが濃すぎる）や Area Low（サンプルが薄すぎる）の表示がないことを確認してください。表示がある場合には、希釈倍数を調整してください。

　　②　アークレイ：測定結果において、AO エリアが 25000～50000 に入っていることを確認してください。入っていない場合は希釈倍数を調整ください。

　　③　その他：不明な点は、各製造販売元に確認後、測定を行ってください。

※報告値（入力値）は、NGSP 値を入力してください。

II.　問い合わせ先

臨床化学検査に関する不明な点、疑問点等についての問い合わせは、施設コード、施設名、担当者氏名を明記のうえメールにて下記担当者へお願い致します。お返事に時間がかかることがあります。時間に余裕を持ってお問い合わせください。

都城市郡医師会病院　臨床検査室
田中　康弘
Mail：meg_ryan0213@yahoo.co.jp