


# 参考資料

## メーカー別結果分布表

濃い黄色が目標値(A評価)  
 薄い黄色が±1ランク値(B評価)  
 A評価及びB評価を合格とする

### 尿蛋白定性 尿試料A


	陰性	15mg/dl	30mg/dl	100mg/dl	300mg/dl	500mg/dl	1000mg/dl	総計
シーメンス			1	55	5			61
栄研化学			1	53	5			59
アークレイ				26	1			27
協和メデックス				8	1			9
三和化学				4	4	1		9
富士フィルム和光純薬				4				4
その他					1			1
テルモ				1	1			2
シスメックス				1				1
総計	0	0	2	152	18	1	0	173





## 尿糖定性 尿試料A

	陰性	50mg/dl	100mg/dl	250mg/dl	500mg/dl	1000mg/dl	総計
シーメンス			1	10	43	7	61
栄研化学			1	5	50	3	59
アークレイ					24	3	27
協和メデックス				1	6		7
三和化学			1		6	4	11
富士フィルム和光純薬				1	3		4
その他					1		1
テルモ				1	1		2
シスメックス				1			1
総計	0	0	3	19	134	17	173



## 尿糖定性 尿試料B

	陰性	50mg/dl	100mg/dl	250mg/dl	500mg/dl	1000mg/dl	総計
シーメンス		4	54	3			61
栄研化学		2	45	12			59
アークレイ			26	1			27
協和メデックス			5	2			7
三和化学		2	5	4			11
富士フィルム和光純薬			4				4
その他			1				1
テルモ			2				2
シスメックス		1					1
総計	0	9	142	22	0	0	173

